



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
РЕГІОНАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР  
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ"  
(ДП "ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ")

Свідоцтво про уновноваження № ПК 007-2009 від 16 червня 2009 р.

## СВІДОЦТВО ПРО ДЕРЖАВНУ МЕТРОЛОГІЧНУ АТЕСТАЦІЮ

№ 45/255

від 22.10.2010 р.

Назва та умовне позначення

Модуль вимірювання температури та вологості УКМ-НТ 01-1

Виробник ПП "Васильченко"

Зав. № 20102009-1 Рік виготовлення 2010

Власник ПП "Васильченко"

Призначення (галузь застосування) ЗВТ вимірювання температури повітря

Умови проведення повірки  $t = 20,5 \text{ }^\circ\text{C}$ ; відн. вол. = 43 %; P = 768 мм. рт.ст.

### Результати метрологічної атестації

| Назва метрологічної характеристики                           | Одержане значення метрологічної характеристики | Назва, тип робочих еталонів, застосованих під час атестації                     |
|--|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| Діапазон вимірювання відносної температури, $^\circ\text{C}$ | Від 0 до 60,0                                  | Термоперетворювач опору платиновий віброміцний еталонний ПТСВ - 1 - 2, 2 розряд |
| Границі абсолютної похибки вимірювання, $^\circ\text{C}$     | $\pm 0,5$                                      | Вольтметр універсальний цифровий В7 - 34А, 3 розряд                             |

За результатами державної метрологічної атестації протокол № 45/255

від 22.10.2010 Модуль вимірювання температури та вологості УКМ-НТ 01-1 визнано таким, що відповідає технічній документації та придатний до застосування

Повірку проводити відповідно до Методика повірки ЯВША.416311 .003 РЭ


Повірку провести не пізніше 22.10.2011 р.

Директор ДФ ДП  
"Дніпростандартметрологія"



М.П.

Державний повірник

  
Шевченко В.Н.  
(підпис)

Нюшков О.В.  
(підпис)